

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Εκδόθηκε από :
Issued by

METROCAL CALIBRATION LABORATORY

Ημερομηνία Έκδοσης : **24/01/19**
Date of issue

Αριθμός Πιστοποιητικού : **P-190124-04**
Certificate Number



Λέσβου 1, 171 23 Νέα Σμύρνη, Αθήνα
1, Lesvou str., 171 23 Nea Smirni, Athens, Greece
Τηλ.: 210 9344 041 / Fax: 210 9344 061
Tel.: +30 210 9344 041 / Fax: +30 210 9344 061

E-mail: sales@metrocal.gr
Internet: www.metrocal.gr

Πελάτης : **ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**
Customer : Πλαπούτα 4-6, Τρίπολη

Περιγραφή : Ψηφιακό θερμόμετρο
Description : Digital thermometer

Κατασκευαστής : ETI LTD
Manufacturer

Μοντέλο / Τύπος : 810-210
Model / Type

Αριθμός Σειράς : -
Serial Number

Κωδικός Συσκευής : -
Instrument Code

Αριθμός Ταυτοποίησης : **ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ-004**
Identification Number

Αριθμός Προηγούμενου Πιστοποιητικού : -
Previous Certificate Number

Τόπος Διακρίβωσης : Εγκαταστάσεις MetroCal
Place of Calibration : Εγκαταστάσεις Πελάτη
Customer's premises

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025. Παρέχει ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα και τις μονάδες μέτρησης του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων (SI) που έχουν υλοποιηθεί με την τήρηση των αντίστοιχων αναγνωρισμένων εθνικών προτύπων εργαστηρίων. Εφόσον φέρει λογότυπο Φορέα Διαπίστευσης, η ιχνηλασιμότητα έχει επιδειχθεί στον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος έχει συνυπογράψει την πολυμερή συμφωνία της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για Διαπίστευση (EA-MLA) και τη Διεθνή Συνεργασία Διαπιστευμένων Εργαστηρίων (ILAC) για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών διακρίβωσης.

This certificate is issued in accordance with the requirements of ISO/IEC 17025. It provides traceability of measurements to recognized national standards and to the units of measurement, according to the International System of Units (SI), realised at the corresponding recognized national standards laboratories. In case there is a logo of an Accreditation Body, the traceability has been exhibited to the corresponding Accreditation Body, which is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA-MLA) and to the International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

Ημερομηνία Διακρίβωσης
Date of Calibration

24/01/19

Εξουσιοδοτημένος Υπεύθυνος Υπογραφής
Authorized Signatory

Δαμίγος Π. / Τεχνικός Διακρίβωσης

Η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού επιτρέπεται μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει η γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου Διακρίβωσης της εταιρείας MetroCal. Πιστοποιητικά διακρίβωσης που δεν φέρουν υπογραφή, δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα μετρήσεων αφορούν μόνο τα όργανα που διακρίβώθηκαν.

The reproduction of this certificate is only permitted in full, except with the prior written approval of the issuing Calibration Laboratory of MetroCal. Calibration certificates without signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least five years. The reported results of measurement refer only to the calibrated items.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Εκδόθηκε από :
Issued by

METROCAL CALIBRATION LABORATORY

Ημερομηνία Έκδοσης : **24/01/19**
Date of issue

Αριθμός Πιστοποιητικού : **P-190124-04**
Certificate Number

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ / CONDITION OF INSTRUMENT TO BE CALIBRATED

| Οπτικός έλεγχος Visual inspection | Καλή / Good | Μέτρια / Moderate | Κακή / Poor |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | ✓ | | |

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / AMBIENT CONDITIONS

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Διακύμανση Θερμοκρασίας Temperature Variation | : 21 ~ 25 °C | ± 0.4 °C (k=2) |
| Διακύμανση Σχετικής Υγρασίας Relative Humidity Variation | : 40 ~ 55 % | ± 4 % (k=2) |

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ / REFERENCE STANDARDS - TRACEABILITY

Τα πρότυπα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διακρίβωση εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI), μέσω αναγνωρισμένων Εθνικών Προτύπων της Ελλάδας και της Ευρώπης.

The reference standards that were used to perform this calibration ensure traceability of measurements to the International System of Units (SI), through recognized national standards of Greece and Europe.

1. MC-061

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ / UNCERTAINTY OF MEASUREMENT

Η αναφερόμενη διευρυμένη (U) αβεβαιότητα της μέτρησης δηλώνεται ως η τυπική αβεβαιότητα της μέτρησης (u) πολλαπλασιασμένη με κατάλληλο συντελεστή κάλυψης k, έτσι ώστε η πιθανότητα κάλυψης να αντιστοιχεί σε περίπου 95 %. Η τυπική αβεβαιότητα προσδιορίστηκε σύμφωνα με την οδηγία EA 4 / 02 M:2013.

Η αναφερόμενη αβεβαιότητα αφορά μόνο τις μετρήσεις κατά τη διάρκεια της διακρίβωσης και δεν εμπεριέχει ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες μεταβολές του υπό διακρίβωση οργάνου, τις οποίες οφείλει να προσδιορίσει ο χρήστης.

The reported expanded uncertainty of measurement (U) is stated as the standard uncertainty of measurement (u) multiplied by the coverage factor k, such that the coverage probability corresponds to approximately 95 %. The standard uncertainty has been determined in accordance with the publication EA 4 / 02 M:2013.

The reported uncertainty refers only to the measurements at the time of calibration and it does not include an estimate of long-term variations, which the user is responsible to determine.

Η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού επιτρέπεται μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει η γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου Διακρίβωσης της εταιρείας MetroCal. Πιστοποιητικά διακρίβωσης που δεν φέρουν υπογραφή, δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα μετρήσεων αφορούν μόνο τα όργανα που διακρίβώθηκαν.

The reproduction of this certificate is only permitted in full, except with the prior written approval of the issuing Calibration Laboratory of MetroCal. Calibration certificates without signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least five years. The reported results of measurement refer only to the calibrated items.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

CERTIFICATE OF CALIBRATION

Εκδόθηκε από : **METROCAL CALIBRATION LABORATORY**
Issued by

Ημερομηνία Έκδοσης : **24/01/19**
Date of issue

Αριθμός Πιστοποιητικού : **P-190124-04**
Certificate Number

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ / CALIBRATION PROCEDURE:

TLCP-03

Η διακρίβωση του θερμομέτρου πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα διακριβωτή θερμομέτρων με ισοθερμικό μπλοκ. Οι ενδείξεις των οργάνων είναι ο μέσος όρος διαδοχικών μετρήσεων μετά την ισορροπία των ενδείξεων. Το θερμομέτρο και τα πρότυπα αναφοράς παρέμειναν πριν τη διακρίβωση στο χώρο του εργαστηρίου για εγκλιματισμό, κατά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

The calibration of the thermometer was performed using a dry block temperature calibrator.

The instruments readings are the average of several measurements after the temperature stabilization. The thermometer and the reference standards were acclimatized before the calibration at the laboratory for the time necessary.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ / CALIBRATION RESULTS

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ / TEMPERATURE

| Εύρος μέτρησης <i>Measuring range</i> | Ένδειξη πρότυπης συσκευής <i>Reading of standard instrument</i> | Ένδειξη οργάνου υπό διακρίβωση <i>Reading of instrument under test</i> | Αποκλιση <i>Deviation</i> | Αβεβαιότητα μέτρησης <i>Uncertainty of measurement</i> |
|--|---|--|------------------------------|--|
| °C | °C | °C | °C | °C |
| (-20 ~ 20) °C | -20.0 | -19.8 | 0.2 | 0.3 |
| d: 0.1 °C | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.2 |
| | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 |

Η αναπαραγωγή του παρόντος πιστοποιητικού επιτρέπεται μόνο καθ' ολοκληρία, εκτός και αν υπάρχει η γραπτή έγκριση του Εργαστηρίου Διακριβώσεων της εταιρείας MetroCal. Πιστοποιητικά διακρίβωσης που δεν φέρουν υπογραφή, δεν έχουν ισχύ. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για μία περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα μετρήσεων αφορούν μόνο τα όργανα που διακριβώθηκαν.

The reproduction of this certificate is only permitted in full, except with the prior written approval of the issuing Calibration Laboratory of MetroCal. Calibration certificates without signature are not valid. A copy of this certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least five years. The reported results of measurement refer only to the calibrated items.